



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.НЦ.09.000.М.000021.01.23 ОТ 18.01.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (неионизирующее излучение) при проведении медицинских диагностических исследований: магнитно-резонансная томография (согласно приложению).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 603155, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Верхне-Волжская набережная, дом 18/1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛОЩАДЬ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО, ДОМ 10/1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ [REDACTED] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 08/2-24 от 11.01.2023, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области". Аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710007.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3348687





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 52.НЦ.09.000.М.000021.01.23 ОТ 18.01.2023 г.

Условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (неионизирующее излучение) при проведении медицинских диагностических исследований: магнитно-резонансная томография.

1. Перечень выполняемых работ: эксплуатация источника неионизирующего излучения при проведении медицинской диагностики - магнитно-резонансная томография.
2. Размещение объекта:
Кабинет магнитно-резонансной томографии расположен на первом этаже здания по адресу: 603155, город Нижний Новгород, улица Верхне-Волжская набережная, дом 18/1. Набор помещений: комната управления МРТ, кабинет МРТ, вспомогательные помещения. Конструкция стен, потолка, двери комнаты сканирования соответствует требованиям по магнитному экранированию. Безопасность от воздействия постоянного магнитного поля обеспечена радиочастотной защитой комнаты управления МРТ (клетка Фарадея). Комната управления магнитно-резонансным томографом вынесена за защитную дверь. Контроль за состоянием пациента осуществляется посредством визуального наблюдения через РЧ экранированное окно. Воздухообмен осуществляется приточно-вытяжной вентиляцией, система работает в автоматическом режиме. Имеется система кондиционирования. Уровни ЭМП, ПМП, уровни шума, искусственной освещенности, микроклимата на рабочих местах врача и оператора МРТ соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
3. Характеристика магнитно-резонансного томографа: модель "Ingenia Elition" с принадлежностями, страна-производитель: Нидерланды, фирма-производитель: "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды.
4. Ограничительные мероприятия:
Рекомендации: Руководству ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России необходимо обеспечить контроль за временем нахождения персонала в кабинете МРТ не более 60 минут за рабочий день.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

